

**ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ON-LIC-No. 003/2021 2C  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO"  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas tres de la tarde del día jueves once de noviembre del año dos mil veintiuno de esta ciudad, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración de la Licitación Pública Nacional ON-LIC-003/2021-2C "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO" (Segunda Convocatoria).

Se dio inicio al acto dando lectura al Cronograma del proceso de Contratación descrito en el Resumen Ejecutivo.

Se encontraban presentes por parte de la Caja de Salud de la Banca Privada los señores, las diferentes en representaciones de la Unidad Solicitante de los diferentes ítems solicitados y representantes de sus regionales de La Paz, Ing. Jose Antonio Perez Inda en representación del Área Administrativa, Ing. Luis Vargas Soriano en representación del área de Especificaciones Técnicas Oficina Nacional, Dra. Pilar Hurtado Unidad Solicitante Regional La Paz, Ing. Diego Callisaya del área de Especificaciones Técnicas Regional La Paz

C.S.B.P. A horas 15:00 p.m. se dio la bienvenida a los representantes de las distintas empresas participantes dando inicio la Reunión de Aclaración. Se leyó el Resumen Ejecutivo.

C.S.B.P. Vamos a iniciar esta Reunión de Aclaración dividiendo la misma en dos partes, en la primera parte se absolverán las consultas de la parte técnica y administrativa que tenga las empresas y en la segunda parte la explicación a la presentación de propuestas, documentos administrativos, legales y técnicos de Pliego de Condiciones.

El Pliego Especifico de Condiciones ha sido publicado en la página web, en formato Word, se debe descargar los formularios para la presentación de sus ofertas. La página web de la institución es [www.csbp.com.bo](http://www.csbp.com.bo).

C.S.B.P. Hasta la fecha señalada NO se han recibido consultas escritas:

**CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN PUBLICADO EN EL PLIEGO**

<b>N° ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>DURACIÓN MÁX.</b>
<b>1</b>	<b>Contador Hematológico</b>	<b>15:00 PM.</b>	<b>30 MIN</b>
<b>2</b>	<b>Equipo Automatizado P/ Hemocultivos y Antibiogramas</b>	<b>15:30 PM.</b>	<b>30 MIN</b>

**LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:**

<b>EMPRESA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>
MIPRO S.R.L.	Shirley Riveros
DIAMEDIC IMPORT	Christoper Jaldín

**ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

**EMPRESA: MIPRO S.R.L.**

**Primera Pregunta**

**Donde indica:** IRF (fracción inmadura de reticulocitos)

La empresa solicita que se modifique el punto con el punto opcional 1.1

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud,** se modificará a " IRF (fracción inmadura de reticulocitos) al punto opcional"

**Segunda Pregunta:**

**Donde indica:** PLT-O (plaquetas ópticas)

La empresa solicita que se modifique como opcional

**Respuesta:**

**Se rechaza la solicitud,** se mantiene en el punto 1 como requisito indispensable.

**EMPRESA: DIAMEDIC IMPORT**

**Primera Pregunta**

**Donde indica:** LFR, MFR, HFR, IPF (fracción inmadura plaquetas), eritroblastos (NRBC)#, NRBC%

La empresa solicita que se modifique el punto con el punto opcional 1.1

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud,** se modificará a "LFR, MFR, HFR, IPF (fracción inmadura plaquetas), eritroblastos (NRBC)#, NRBC% al punto opcional"

**Segunda Pregunta**

**Donde indica:** Dos Agujas de aspiración, uno para tubo abierto para muestras pediátricas, y otro para tubo cerrado para muestras adulto

La empresa consulta si se puede considerar una aguja en vez de dos agujas para alcanzar el mismo objetivo de hacer con una aguja mismo tubo abierto para muestras pediátricas y tubo cerrado para muestra adulto

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud, Se modificará:** “Una o dos Agujas de aspiración de acuerdo a fabricante que permita trabajar en tubo cerrado con opción a tubo abierto”

**Tercera Pregunta**

**Donde indica:** CBC+DIFF+NRBC.

La empresa solicita se cambie al punto 3.3 como opcional

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud, Se modificará:** “CBC+DIFF+NRBC. Al punto 3.3 como opcional”

**Cuarta Pregunta**

**Donde indica:** Velocidad de procesamiento en modo tubo cerrado, sangre entera, y CBC+DIFF de 120 muestras/hora o más

La empresa solicita consideración para reducir a 60 muestras /hora

**Respuesta:**

**Se mantiene la solicitud:** ya que 60 es un parámetro muy bajo

**Quinta Pregunta**

La empresa solicita aclaración acerca de los presupuestos en relación a la primera convocatoria, si se mantiene el presupuesto

**Respuesta:**

Se aclara que los presupuestos asignados son internos, para que las empresas puedan participar de forma libre con el mejor producto que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.



---

---

**ÍTEM N° 2: EQUIPO AUTOMATIZADO P/ HEMOCULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS**

**EMPRESA: MIPRO S.R.L.**

**NO TIENE CONSULTAS**

**EMPRESA: DIAMEDIC IMPORT**

**Primera Pregunta**

La empresa solicita aclaración acerca de que si el equipo es de hemocultivo o antibiogramas

**Respuesta:**

Es un equipo que debe hacer hemocultivo y resultado de antibiogramas, ayudando a sacar resultados de forma rápida.

**Segunda Pregunta**

**Donde Indica:** Analizador automático de muestras de sangre y/o fluido estériles con tecnología no invasiva de detección por fluorescencia

La empresa indica que está mal escrito Florescencia y debe ser Fluorescencia

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud, Se modificará:** "Analizador automático de muestras de sangre y/o fluidos estériles con tecnología no invasiva de detección por fluorescencia"

**Tercera Pregunta**

**Donde Indica:** Capacidad de 40 viales

La empresa solicita aclaración si se acepta dos módulos de 20 para llegar a los 40 viales

**Respuesta:**

Se aclara que la empresa podrá ofrecer los módulos como mejora, especificando porque sería una mejora para llegar a los 40 viales, para su evaluación interna al momento de la calificación de la propuesta.

C.S.B.P.- Después de realizar la aclaración de las consultas técnicas y administrativas orales continuamos con la tercera etapa, en el cual explicaremos el contenido de los formularios diseñados para el efecto:

Se dio una explicación a detalle de los siguientes formularios y los respaldos de la documentación legal y administrativa solicitada:

Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

- FORMULARIO N° A-1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES
- FORMULARIO N° A-2 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS
- BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Formularios para cumplir los requisitos técnicos:

- FORMULARIO N° C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- FORMULARIO DE EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:

- FORMULARIO N° B-1 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas dieciséis de la tarde del mismo día con el siguiente resumen y solicitud de Enmiendas:

#### **PRIMERA ENMIENDA** **ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

##### **Donde Solicita:**

“Debe obtener los siguientes parámetros como mínimo: WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, eritroblastos (NRBC)#, NRBC%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, IRF (fracción inmadura de reticulocitos), LFR, MFR, HFR, PLT, PLT-O (plaquetas ópticas), MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, IPF (fracción inmadura plaquetas)”

##### **Se Modifica a:**

“Debe obtener los siguientes parámetros como mínimo: WBC, Lym#, Mon#, Neu#, Bas#, Eos#, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PLT-O (plaquetas ópticas), MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC”

**SEGUNDA ENMIENDA**  
**ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

**Donde Solicita:**

**“OPCIONAL (ESTE PARÁMETRO ES OPCIONAL, EL NO OFRECER ESTE PUNTO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN):**

Debe obtener los siguientes parámetros como mínimo: RET%, RET#, RHE (expresión de hemoglobina en reticulocitos). O similares.”

**Se Modifica a: “OPCIONAL (ESTE PARÁMETRO ES OPCIONAL, EL NO OFRECER ESTE PUNTO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN):**

Debe obtener los siguientes parámetros como mínimo: RET%, RET#, RHE (expresión de hemoglobina en reticulocitos), IRF (fracción inmadura de reticulocitos), LFR, MFR, HFR, IPF (fracción inmadura plaquetas), eritroblastos (NRBC)#, NRBC%. O similares.

**TERCERA ENMIENDA**  
**ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

**Donde Solicita:**

“Dos Agujas de aspiración, uno para tubo abierto para muestras pediátricas, y otro para tubo cerrado para muestras adulto.”

**Se Modifica a:**

“Una o dos Agujas de aspiración de acuerdo a fabricante que permita trabajar en tubo cerrado con opción a tubo abierto”

**CUARTA ENMIENDA**  
**ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

**Donde Solicita:**

“Tres o más modos de conteo:

CBC

CBC+DIFF

CBC+DIFF+NRBC..”

**Se Modifica a:**

“Dos o más modos de conteo:

CBC

CBC+DIFF.”

---

**QUINTA ENMIENDA**  
**ÍTEM N° 1: CONTADOR HEMATOLÓGICO**

**Donde Solicita:**

**“OPCIONAL (ESTE PARÁMETRO ES OPCIONAL, EL NO OFRECER ESTE PUNTO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN):**

Dos o más modos de conteo:

CBC+DIFF+RET

CBC+DIFF+NRBC+RET”

**Se Modifica a:**

**“OPCIONAL (ESTE PARÁMETRO ES OPCIONAL, EL NO OFRECER ESTE PUNTO, NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN):**

Tres o más modos de conteo:

CBC+DIFF+RET

CBC+DIFF+NRBC+RET

CBC+DIFF+NRBC”

**SEXTA ENMIENDA**

**ÍTEM N° 2: EQUIPO AUTOMATIZADO P/ HEMOCULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS**

**Donde Solicita:**

**“Analizador automático de muestras de sangre y/o fluido estériles con tecnología no invasiva de detección por fluorescencia”**

**Se Modifica a:**

**“Analizador automático de muestras de sangre y/o fluidos estériles con tecnología no invasiva de detección por fluorescencia”**



*José Antonio Pérez Inda*  
JEFE DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

La Paz, 15 de noviembre de 2021