



**ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ON-LIC-No. 004/2021 2C  
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO”  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve de la mañana del día miércoles diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno de esta ciudad, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración de la Licitación Pública Nacional ON-LIC-004/2021-2C “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO” (Segunda Convocatoria).

Se dio inicio al acto dando lectura al Cronograma del proceso de Contratación descrito en el Resumen Ejecutivo.

Se encontraban presentes por parte de la Caja de Salud de la Banca Privada los señores, las diferentes en representaciones de la Unidad Solicitante de los diferentes ítems solicitados y representantes de sus regionales de La Paz, Ing. Jose Antonio Perez Inda en representación del Área Administrativa, Ing. Luis Vargas Soriano en representación del área de Especificaciones Técnicas Oficina Nacional, Dra. Pilar Hurtado Unidad Solicitante Regional La Paz, Ing. Diego Callisaya del área de Especificaciones Técnicas Regional La Paz, Lic. Janeth Molina Unidad Solicitante Regional Cochabamba, Ing. Hernán Adrián del área de Especificaciones Técnicas Regional Santa Cruz, Dra. Ivet Galvis Oliveira Unidad Solicitante Regional Santa Cruz, Dra. Gabriela Cuellar Unidad Solicitante Regional Santa Cruz, Dr. Mario Álvarez Unidad Solicitante Regional Santa Cruz, Lic. Victoria Acho Unidad Solicitante Regional Santa Cruz,

C.S.B.P. A horas 09:00 a.m. se dio la bienvenida a los representantes de las distintas empresas participantes dando inicio la Reunión de Aclaración. Se leyó el Resumen Ejecutivo.

C.S.B.P. Vamos a iniciar esta Reunión de Aclaración dividiendo la misma en dos partes, en la primera parte se absolverán las consultas de la parte técnica y administrativa que tenga las empresas y en la segunda parte la explicación a la presentación de propuestas, documentos administrativos, legales y técnicos de Pliego de Condiciones.

El Pliego Específico de Condiciones ha sido publicado en la página web, en formato Word, se debe descargar los formularios para la presentación de sus ofertas. La página web de la institución es [www.csbp.com.bo](http://www.csbp.com.bo).

C.S.B.P. Hasta la fecha señalada NO se han recibido consultas escritas:

**CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN PUBLICADO EN EL PLIEGO**

<b>Nº ÍTEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>HORA DE INICIO</b>	<b>DURACIÓN MAX.</b>
<b>3</b>	<b>Incinerador de Aguja CBBA</b>	<b>9:00 a.m.</b>	<b>20 MIN</b>
<b>7</b>	<b>Refrigerador de Grado Médico para Medicamentos LP</b>	<b>9:20 a.m.</b>	<b>20 MIN</b>



8	Refrigerador de Grado Médico para Medicamentos SC	09:40 a.m.	20 MIN
1	Aparato de Profilaxis (Ultrasonido) SC	10:00 a.m.	20 MIN
2	Bomba de Infusión Volumétrica SC	10:20 a.m.	20 MIN
9	Selladora para Plástico SC	10:40 a.m.	20 MIN
4	Incubadora de Biológico P/ Óxido de Etileno SC	11:00 a.m.	30 MIN
5	Incubadora de Biológico para Autoclave SC		
6	Manómetro SC	11:30 a.m.	20 MIN

**LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:**

EMPRESA	REPRESENTANTE
MIPRO	Shirley Riveros
GEDESA LTDA.	Eduardo Zegarra
KODENTAL BOLIVIANA	Valeria Soto
GEDESA LTDA.	Nicole Alvarez / Silvia Quinteros
IMPORTADORA TAMIVA	Alejandro Quiroga
MEDICAL STORE	Moises Carballo
TERCAV GROUP SRL.	Nicolás Terrazas

**ÍTEM N° 3: INCINERADOR DE AGUJAS CBBA**

**EMPRESA: MIPRO**

**Primera Pregunta**  
**Donde indica:**

La empresa solicita aclaración acerca de si se puede realizar la entrega, y servicios correctivos por otra empresa que se considere parte de la empresa ofertante

**Respuesta:**

**Se aclara que,** las empresas pueden proponer servicios contratados por otras empresas, garantizando la atención rápida casi al llamado, e indicando que los servicios realizados serán considerados parte de la empresa proponente. Puede demostrar mediante certificados



**ÍTEM N° 7: REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS LP**

**EMPRESA: MIPRO**

**SIN CONSULTAS**

**ÍTEM N° 8: REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS SC**

**EMPRESA: MIPRO**

**SIN CONSULTAS**

**ÍTEM N° 1: APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) SC**

**EMPRESA: GEDESA LTDA.**

**Primera Pregunta:**

La empresa solicita aclaración acerca del tiempo de entrega si se puede modificar

**Respuesta:**

**Se mantiene la solicitud**, se aclara que el tiempo de entrega se mantiene, ya que, de acuerdo a tiempos administrativos, es tiempo suficiente para cerrar gestión.

**ÍTEM N° 2: BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA SC**

**EMPRESA: KODENTAL BOLIVIANA**

**Primera Pregunta:**

**Donde Indica:**

**Accesorios Mínimos Requeridos**

150 sets de PVC por cada bomba de infusión

La empresa solicita si se puede reducir a 50 sets por bomba

**Respuesta:**

**Se acepta la solicitud**, se modificará a 50 sets de PVC por cada bomba de infusión

**Segunda Pregunta:**

La empresa solicita aclaración acerca del formulario de Calidad y costo, Mejoras en las características ofertadas por el proponente y Accesorios Adicionales

**Respuesta:**

Se aclara que las empresas son libres de ofrecer mejoras técnicas en su propuesta el cual será evaluado internamente por la comisión de calificación, se aclara que cada mejora propuesta debe ser correctamente respaldada por documentos.



En el tema de accesorios, las empresas pueden ofrecer otros accesorios del mínimo requerido para su evaluación interna, o mayor cantidad del solicitado.

**EMPRESA: GEDESA LTDA.**

**NO TIENE CONSULTAS**

**ÍTEM N° 9: SELLADORA PARA PLÁSTICO SC**

**NO HAY EMPRESAS – NO HAY CONSULTAS**

**ÍTEM N° 4: INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO SC**

**EMPRESA IMPORTADORA TAMIVA**

**Primera Pregunta:**

**Donde Indica** La incubadora debe contar con rompe ampollas

La empresa solicita que se puede modificar a opcional o de acuerdo a fabricante

**Respuesta:**

**Se mantiene la solicitud, se aclara a la empresa que todos los equipos vienen con sus rompe ampollas**

**Segunda Pregunta:**

**Donde Indica: "Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos"

La empresa solicita se puede evaluar las certificaciones de calidad más que la procedencia como tal y se pueda cambiar en el formulario de Calidad y costo

**Respuesta:**

**Se Acepta la solicitud, Se modificará el puntaje de Calidad y Costo de procedencia Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 5 puntos**

**EMPRESA MEDICAL STORE**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**EMPRESA TERCAV GROUP SRL.**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**ÍTEM N° 5: INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE SC**

**EMPRESA IMPORTADORA TAMIVA**

**Donde Indica: Donde Indica: "Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos"

La empresa solicita se puede evaluar las certificaciones de calidad más que la procedencia como tal y se pueda cambiar en el formulario de Calidad y costo

**Respuesta:**

**Se Acepta la solicitud, Se modificará el puntaje de Calidad y Costo de procedencia Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 5 puntos**

**EMPRESA MEDICAL STORE**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**EMPRESA TERCAV GROUP SRL.**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**ÍTEM N° 6: MANÓMETRO SC**

**EMPRESA IMPORTADORA TAMIVA**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**EMPRESA MEDICAL STORE**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**EMPRESA TERCAV GROUP SRL.**

**NO TIENE PREGUNTAS**

**C.S.B.P.-** Después de realizar la aclaración de las consultas técnicas y administrativas orales continuamos con la tercera etapa, en el cual explicaremos el contenido de los formularios diseñados para el efecto:

Se dio una explicación a detalle de los siguientes formularios y los respaldos de la documentación legal y administrativa solicitada:

Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

- FORMULARIO N° A-1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES
- FORMULARIO N° A-2 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS
- BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Formularios para cumplir los requisitos técnicos:

- FORMULARIO N° C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- FORMULARIO DE EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:

- FORMULARIO N° B-1 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas doce de la tarde del mismo día con el siguiente resumen y solicitud de Enmiendas:

**PRIMERA ENMIENDA**  
**ÍTEM N° 2: BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA SC**

**Donde Solicita:**  
**“Accesorios Mínimos Requeridos**  
150 sets de PVC por cada bomba de infusión”

**Se Modifica a:**  
“50 sets de PVC por cada bomba de infusión”



**SEGUNDA ENMIENDA**

**ÍTEM N° 4: INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO SC**

**Donde Solicita:**

**“Donde Indica: “Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos”

**Se Modifica a:**

**“Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 5 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos”

**TERCERA ENMIENDA**

**ÍTEM N° 5: INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE SC**

**Donde Solicita:**

**“Donde Indica: “Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos”

**Se Modifica a:**

**“Mejora en la procedencia de fabricación:**

- Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos
- Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 5 Puntos
- Otro lugar de procedencia = 0 puntos”

  
Jose Antonio Pérez Inda  
JEFE DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA  
La Paz, 18 de noviembre de 2021