
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-02-2023

“ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO FISIOTERAPIA Y OFTALMOLOGÍA – PRIMERA CONVOCATORIA”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edf. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 15:30 de la tarde del día 16 de marzo del año 2023, se realizó la reunión de aclaración INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-02-2023: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MEDICO FISIOTERAPIA Y OFTALMOLOGÍA” Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- Ing. Jose Luis Ramírez Unidad Solicitante Reg. La Paz
- Ing. Jose Luis Magne Área Administrativa Oficina Nacional
- Lic. Yessica Montoya Área Administrativa Oficina Nacional
- Ing. Raúl Lara Área Administrativa Oficina Nacional

1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 15/03/2023 hasta Hrs. 15:00, vía correo electrónico: proveedores@csbp.com.bo

Al respecto, se debe señalar que no se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones.

2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL

Se continuó con la Reunión de Aclaración con la participación de la siguiente empresa:

EMPRESA	REPRESENTANTE
ISIS MEDICAL	Jose Campos
INNOMED	Alex Pomier

CONSULTAS EN SALA

Posteriormente se dio lugar a las consultas en sala, la consulta técnica expuesta por el representante de la empresa es la siguiente:

CONSULTAS TECNICAS

ÍTEM 4: EQUIPO DE ELECTROTERAPIA CON ELECTROMIOGRAFIA FEEDBACK

ISIS MEDICAL

Pregunta 1: Respecto a la cantidad, en la descripción del ítem menciona 1 cantidad y en la tabla (datos técnicos del equipo o bien) menciona 2 unidades, de la misma forma en el Formulario N°4 Propuesta Económica ¿Cuál es la cantidad correcta?

Respuesta: La cantidad solicitada de este ítem es 1.

ÍTEM 5: SILLON DE OTORRINOLARINGOLOGIA

INNOMED

Pregunta 1: Respecto a la altura mínima de 480mm o superior ¿Esta altura mínima entre que puntos se refiere altura base o de elevación que va a tener el sillón?

Respuesta: Hace referencia a la altura base de 480mm y ascendiendo hasta 700mm o superior.

3. ENMIENDAS

Producto de las consultas y la reunión de aclaración llevada adelante, se efectuarán las siguientes enmiendas al Pliego de Condiciones:

ENMIENDA 1:

Donde solicita: Aclaración en la cantidad de unidades del ítem N°4 Equipo de electroterapia con electromiografía Feedback.

Se modifica: La cantidad requerida es 1 unidad, en las páginas: 12, 24, 50 y 60.

ENMIENDA 2:

Donde solicita: En el plazo de entrega de todos los ítems, se menciona los días de entrega que se contarán a partir de la firma de la orden de compra.

Se modifica: Los días de entrega que se contarán a partir del contrato, en las páginas 17, 19, 22, 24, 27, 37, 42, 48, 53 y 58.

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 15:43 del mismo día.


La Paz, 17 de marzo de 2023



José Luis Magne Zarate
ANALISTA DE EQUIPAMIENTO MEDICO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Lic. Yessica Valeria Montoya Terán
ANALISTA DE COMPRAS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Ing. Aldo Rodríguez
INGENIERIA BIOMEDICA
Caja De Salud De La Banca Privada
S.I.B., R.N.L. 96806