
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ON-CP-012-2023

“PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA – PRIMERA CONVOCATORIA”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edf. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 02:30 de la tarde del día 25 de mayo del año 2023, se realizó la reunión de aclaración del proceso COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ON-CP-012-2023: **“PROVISIÓN DE EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA”** Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- Ing. Jose Luis Ramírez Unidad Solicitante Reg. La Paz
- Dra. Tatiana La Fuente Unidad Solicitante Reg. La Paz
- Ing. Jose Luis Magne Área Administrativa Oficina Nacional
- Lic. Yessica Montoya Área Administrativa Oficina Nacional
- Ing. Raúl Lara Área Administrativa Oficina Nacional

1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 24/05/2023 hasta Hrs. 15:30, vía correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo.

Al respecto, se debe señalar no que se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en la Solicitud de Propuestas.

2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL

Se continuó con la Reunión de Aclaración de acuerdo al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |
|------|----------------------|
| 1 | SILLÓN DENTAL |
| 2 | RADIOVISIOGRAFO |
| 3 | COMPRESOR DENTAL |

Con la participación de las siguientes empresas:

| EMPRESA | REPRESENTANTE |
|--------------|-----------------|
| GEDESA LTDA. | Eduardo Zegarra |

CONSULTAS EN SALA

Dando continuidad al acta de reunión y como corresponde, se dio lugar a las consultas en sala, las consultas técnicas y administrativas expuestas por los representantes de las empresas son las siguientes:

CONSULTAS TECNICAS

EMPRESA: GEDESA LTDA.

Pregunta 1: Como recomendación solicitamos se pueda incluir en el origen, fabricación brasilera en los tres ítems.

Respuesta: Sobre la calificación de la procedencia del equipo, se mantiene lo descrito en Origen. Cabe aclarar que este punto no es excluyente para su participación.

Pregunta 2: Respecto a los reposabrazos se solicita que sean plegables en 90 ° o mayor ¿Debe ser de ambos brazos del sillón?

Respuesta: Solo se requiere en el lado de acceso para el paciente.

Pregunta 3: ¿A qué se refiere la estructura de brazo derecho removible?

Respuesta: Es necesario que sea removible para no perjudicar el ingreso del paciente por el lado derecho.

3. ENMIENDAS

Producto de las consultas y la reunión de aclaración llevada adelante, se efectuarán las siguientes enmiendas al Pliego de Condiciones:

ENMIENDA 1.

ÍTEM 1: SILLÓN ODONTOLÓGICO

Donde solicita: Cámara Intraoral

Se modifica a: Cámara Intraoral (opcional)

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 14:43 del mismo día.

La Paz, 26 de Mayo de 2023



Raúl Marcelo Lara Méndez
ENCARGADO DE COMPRAS Y PLANEAMIENTO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Ing. José Luis Ramírez M.
INGENIERIA BIOMEDICA
Caja de Salud De La Banca Privada
S.I.B., R.N.L. 96806



Lic. Tereza Helena Trujillo Torres
ANALISTA DE COMPRAS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



José Luis Mogne Zarate
ANALISTA DE EQUIPAMIENTO MEDICO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA